

Brugsanvisning



PEOPLE HAVE PRIORITY



syneq^{VISION}

Turbiner med lys

TK-100 L / TK-98 L / TK-97 L / TK-94 L
TK-100 LM / TK-98 LM / TK-97 LM / TK-94 LM

Indholdsfortegnelse

Symboler	4
i brugsanvisningen	4
på emballagen/den medicinske anordning.....	5
1. Indledning	6
2. Sikkerhedsanvisninger	9
3. Produktbeskrivelse	14
4. Ibrugtagning	16
Påsætning/aftagning	16
Udskiftning af det roterende instrument	18
Testkørsel	19
5. Hygiejne og vedligeholdelse	20
Generelle instruktioner	20
Begrænsning i forbindelse med oparbejdningen	22
Den første behandling på brugsstedet	23

Manuel rengøring	24
Maskinel rengøring og oliesmøring	27
Manuel desinfektion	28
Maskinel rengøring og desinfektion.....	29
Tørring	30
Kontrol, vedligeholdelse og afprøvning	31
Emballage.....	35
Sterilisering	36
Opbevaring.....	38
6. Service	39
7. W&H-tilbehør og reservedele.....	40
8. Tekniske data.....	41
9. Bortskaffelse.....	44
Garantibevis.....	45
Autoriseret W&H-servicepartner	46



ADVARSEL!

(Risiko for personskade)



OBS!

(Risiko for tingskade)



Almene oplysninger,
uden fare for
mennesker eller ting



Må ikke bortskaffes
sammen med
husholdningsaffaldet

Symboler

på emballagen/den medicinske anordning



CE-mærkning med identifikationsnummeret på det notificerede organ



DataMatrix Code til produktinformation inklusive UDI (Unique Device Identification)



Datastruktur i henhold til Health Industry Bar Code



Varenummer



Kan desinficeres termisk



Kan steriliseres op til den anførte temperatur



Serienummer



UL-kontrolmærke for anerkendte dele for Canada og USA



Produktionsdato



Forsigtig! I henhold til amerikansk lovgivning er salg af denne medicinske anordning kun tilladt af eller på ordinerings af en tandlæge, en læge eller andet sundhedsfagligt personale med en licens i den amerikanske stat, hvor han eller hun praktiserer, og hvor den medicinske anordning skal anvendes.

1. Indledning

Kundernes tilfredshed har højeste prioritet i W&H's kvalitetspolitik. Den foreliggende medicinske anordning er udviklet, fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med de gældende standarder og lovmæssige bestemmelser.

For din egen og dine patienters sikkerhed

Inden apparatet tages i brug første gang, bedes du læse brugsanvisningen. I den forklares det, hvordan du håndterer den medicinske anordning, så du sikrer dig fejlfri funktion samt økonomisk og sikker behandling.



Følg sikkerhedsanvisningerne.

Anvendelsesområder

Turbinen er bestemt til følgende anvendelse: Fjernelse af kariøse materialer, kavitets- og kronepræparation, fjernelse af fyldninger, finering af tand- og restaureringsoverflader.



Enhver anden brug kan beskadige den medicinske anordning og herved medføre risici og fare for patienten, brugeren og tredjemand.

Brugerens kvalifikationer

Vi har udviklet og fremstillet den medicinske anordning med henblik på målgruppen tandlæger, tandhygiejniskere, tandmedicinsk fagpersonale (profylakse) og tandmedicinske fagassistenter.



Produktion i henhold til EU-direktiv

Den medicinske anordning opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF.

Producentens ansvar

Producenten kan kun tage ansvaret for påvirkningerne på den medicinske anordnings sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående anvisninger overholdes:

- > Den medicinske anordning skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- > Den medicinske anordning har ingen dele, som kan repareres af brugeren.
- > Ændringer eller reparationer må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner (se side 46).

Sagkyndig anvendelse

Den medicinske anordning er kun beregnet til sagkyndig anvendelse i henhold til anvendelsesområderne og i overensstemmelse med de gældende forskrifter for arbejdsbeskyttelse og forholdsregler til forebyggelse af ulykker samt under overholdelse af denne brugsanvisning.

Den medicinske anordning må kun oparbejdes og vedligeholdes af personer, der er instrueret i infektions-, selv- og patientbeskyttelse.

Usagkyndig brug (f.eks. på grund af manglende hygiejne og vedligeholdelse), tilsidesættelse af vores anvisninger eller brug af tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af W&H, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav.

2. Sikkerhedsanvisninger



- > Opbevar den medicinske anordning ved stuetemperatur i 24 timer inden første ibrugtagning.
- > Driften af den medicinske anordning er kun tilladt sammen med forsyningsenheder, der opfylder standarderne IEC 60601-1 (EN 60601-1) og IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).

Forsyningsenhedens netdel, skal overholde følgende krav, som skal garanteres af systembyggeren:

- > Dobbelt isolering for den højeste forventede forsyningsspænding mellem det primære og sekundære strømkredsløb.
- > Dobbelt isolering for den højeste forventede sekundære spænding mellem den sekundære spænding og beskyttelseslederen (PE).
- > De sekundære strømkredsløb skal skilles galvanisk fra hinanden.
- > De sekundære strømkredsløb skal være beskyttet mod kortslutning samt mod overbelastning.
- > Anvendelsesdelens afledningsstrømme skal overholdes.
- > Under brugen skal sekundærspændingen være begrænset til maksimalt 4,2 volt AC eller 6 volt DC.



- > Anvend kun forsyningsslanger i henhold til EN ISO 9168.
- > Sørg altid for at arbejde med korrekte driftsbetingelser og kølemiddelfunktion.
- > Sørg altid for at have tilstrækkeligt og velegnet kølemiddel til rådighed og sørg for passende udsugning.
- > Hvis kølemiddelforsyningen svigter, skal brugen af den medicinske anordning indstilles med det samme.
- > Brug kun luft, der er oparbejdet i dentalkompressorer, filteret, oliefri og afkølet, som drivluft.
- > Kontrollér altid den medicinske anordning for beskadigelse og løse dele (f.eks. trykknop) før hver anvendelse.
- > Tag ikke den medicinske anordning i brug, hvis den er beskadiget.
- > Foretag en testkørsel før hver anvendelse.
- > Undgå overophedning af behandlingsstedet.
- > Anvend ikke den medicinske anordning ved bløddelsskader i mundhulen. På grund af lufttrykket kan septiske substanser trænge ind i vævet, eller der kan udløses embolier.
- > Løft ikke kinden eller tungen med den medicinske anordning. Fare for forbrændinger på grund af opvarmning af trykknappen!



- > Gennemfør dentalenhedens skyllefunktion en gang om dagen.
- > Anvend ikke den medicinske anordning som lyssonde.
- > Undgå direkte blikkontakt med LED'en.



TK-94 L, TK-97 L, TK-98 L, TK-100 L er ikke tilladt til drift i eksplosionsfarlige områder.



Fare på grund af elektromagnetiske felter

TK-94 L, TK-97 L, TK-98 L, TK-100 L

Funktionaliteten af implantable systemer, såsom pacemaker og ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), kan påvirkes af elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter.

- > Indhent oplysninger om implantater hos patienten og brugeren, inden den medicinske anordning anvendes, og kontrollér indsatsen.
- > Udarbejd en risk-benefit-analyse.
- > Lad ikke den medicinske anordning komme i nærheden af de implanterede systemer.
- > Træf passende foranstaltninger til brug i nødsituationer, og reagér omgående i tilfælde af ændringer i patientens helbredstilstand.
- > Symptomer såsom forhøjet eller uregelmæssig puls og svimmelhed kan være tegn på problemer med en pacemaker eller ICD.

Hygiejne og vedligeholdelse inden første brug




- > Den medicinske anordning leveres indsvæjset i PE-folie og ikke-steril.
- > PE-folien og emballagen kan ikke steriliseres.



- > Rengør, desinficér og smør den medicinske anordning.
- > Sterilisér den medicinske anordning og dyserensenålen.


3. Produktbeskrivelse



Turbine til Roto Quick-kobling


- ① Trykknop
- ② Spraydyser
- ③ LED
- ④ Greb
- ⑤ Håndgrebsmuffe
- ⑥ Dyserenesenål

3. Produktbeskrivelse



Turbine til *Multiflex*^{®*}-
kobling

- ① Trykknop
- ② Spraydyser
- ③ Kompaktglasstav*
- ④ Greb
- ⑤ Håndgrebsmuffe
- ⑥ Dyserensenål



Ingen påsætning eller aftagning af den medicinske anordning under drift!

- 1 Tilslut den medicinske anordning til Roto Quick-koblingen/*Multiflex*^{®*}-koblingen.




- 2 Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

- 3 Træk skydehylsteret på Roto Quick-koblingen tilbage, og tag den medicinske anordning af ved at trække aksialt.
Tag *Multiflex*^{®*}-koblingen af ved at trække aksialt.

Roterende instrumenter



- > Brug kun fejlfri roterende instrumenter. Følg producentens anvisninger.
- > Sæt kun det roterende instrument i, når den medicinske anordning står stille.
- > Rør aldrig ved et roterende instrument, der kører eller er ved at standse.
- > Aktivér aldrig den medicinske anordnings trykknop mens den er i brug eller i færd med at standse. Dette medfører, at det roterende instrument løsnes, eller at trykknappen bliver varm (fare for personskade).
- > Brug kun roterende instrumenter op til det maksimalt tilladte omdrejningstal i henhold til producentens angivelser.



Udskiftning af det roterende instrument

- 1 Indsæt det roterende instrument.
Tryk på trykknappen og indsæt samtidigt det roterende instrument til anslaget.
- ⚠️ 2 Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.
- 3 Udtag det roterende instrument ved at aktivere trykknappen.

Testkørsel




Hold ikke den medicinske anordning i øjenhøjde!

- > Indsæt det roterende instrument.
- > Tag den medicinske anordning i drift.



I tilfælde af driftsfejl (f. eks. vibrationer, unormale lyde, hvis instrumentet bliver varmt, hvis der trænger kølemiddel ud, i tilfælde af utæthed) **skal den medicinske anordning straks tages ud af drift**, og du skal så henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.

 Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for rengøring, desinfektion og sterilisering.

 > Brug beskyttelsespåkledning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.

 > Brug kun oliefri, filtreret trykluft med et maksimalt driftstryk på 3 bar til manuel tørring.

Rengørings- og desinfektionsmidler



- > Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af rengørings- og/eller desinfektionsmidlerne.
- > Brug kun vaske- og rengøringsmidler, som er beregnet til rengøring og/eller desinfektion af medicinske anordninger af metal og plastic.
- > Overhold altid desinfektionsmiddelproducentens anvisninger vedrørende koncentrationerne og hvor længe midlet skal have tid til at virke.
- > Brug desinfektionsmidler, der er afprøvet af Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = forbundet for anvendt hygiejne), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = det østrigske forbund for hygiejne, mikrobiologi og forebyggende medicin), Food and Drug Administration (FDA) og U.S. Environmental Protection Agency (EPA), og som disse organisationer anser for at være effektive.



Såfremt de anførte rengørings- og desinfektionsmidler ikke er til rådighed, bærer brugeren ansvaret for at validere sin metode.



Den medicinske anordnings driftslevetid og funktionsevne afhænger i høj grad af den mekaniske belastning under brugen samt de kemiske påvirkninger i forbindelse med oparbejdningen.

- > Send opbrugte eller beskadigede medicinske anordninger og/eller væsentligt ændrede medicinske anordninger til en autoriseret W&H-servicepartner.

Oparbejdningscykluser



- > Ved den medicinske anordning fra W&H anbefaler vi, at der foretages regelmæssig service efter 1.000 oparbejdningscykluser eller efter ét år.



Rengør den medicinske anordning straks efter hver behandling, så eventuelle indtrængte væsker (blod, spyt osv.) skylles ud, og for at undgå at de indvendige dele sætter sig fast.

- > Lad den medicinske anordning køre i tomgang i mindst 10 sekunder.
- > Sørg for, at alle udgangsåbninger bliver skyllet igennem.



> Tør instrumentets overflade helt af med desinfektionsmiddel.

- > Tag det roterende instrument ud.
- > Tag den medicinske anordning af.



Vær opmærksom på, at det desinfektionsmiddel, der anvendes i forbindelse med forbehandlingen, kun er beregnet til personbeskyttelse, og at det ikke erstatter desinfektionstrinnet efter rengøringen.



Læg ikke den medicinske anordning i desinfektionsopløsning eller ultralydsbad!

- > Rengør den medicinske anordning under rindende postevand (<35 °C/95 °F).
- > Skyl og afbørst alle indvendige og udvendige overflader.
- > Bevæg de bevægelige dele frem og tilbage flere gange.
- > Fjern rester af væske med trykluft.



Rengøring af spraydyser

- > Fjern forsigtigt snavs og aflejringer fra udgangsåbningerne med dyserenålen.



Dyserensenålen kan rengøres i ultralydsbad og/eller en rengørings- og desinfektionsmaskine.

Rengøring af kølemiddelkanalen

- > Gennemblæs kølemiddelkanalen med trykluft.



Hvis udgangsåbningerne eller kølemiddelkanalerne er tilstoppet, skal du henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.





Rengøring af lysøjet



Vær omhyggelig med ikke at ridse lysøjet!

- 1 Vask lysøjet med renevæske og en blød klud.
- 2 Tør lysøjet med trykluft eller med en blød klud.



- > Udfør en visuel kontrol efter hver rengøring.
- > Hvis lysøjet er beskadiget, må den medicinske anordning ikke tages i brug, og du skal rette henvendelse til en autoriseret W&H-servicepartner.



W&H anbefaler maskinel rengøring og oliesmøring med W&H Assistina 3x3.
> Følg anvisningerne i Assistina-brugsanvisningen.



> W&H anbefaler aftørningsdesinfektion.



Den medicinske anordnings egnethed til effektiv manuel desinfektion er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af desinfektionsmidlet »mikrozid[®] AF wipes« (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt).



W&H anbefaler maskinel rengøring og desinfektion med en rengørings- og desinfektionsmaskine (RDG).

- > Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af rengørings- og desinfektionsmaskinerne samt rengørings- og/eller desinfektionsmidlerne.



Den medicinske anordnings egnethed til effektiv maskinel desinfektion er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af rengørings- og desinfektionsmaskinen >Belimes WD 100< (Belimed AG) og rengøringsmidlet >deconex 24 LIQ< fra Borer Chemie samt neutraliseringsmidlet >deconex 26 plus< fra Borer Chemie.

- > Rengøring ved 65 °C (149 °F) – 5 minutter
- > Desinfektion ved 90 °C (194 °F) – 5 minutter



- > Sørg for, at den medicinske anordning er helt tør indvendigt og udvendigt efter rengøring og desinfektion.
- > Fjern rester af væske med trykluft.

Kontrol



- > Efter rengøring og desinfektion skal den medicinske anordning kontrolleres for beskadigelser, synlige rester af snavs samt ændringer af overfladen.
- > Gentag oparbejdningen på medicinske anordninger, der stadigvæk er snavsede.
- > Sterilisér den medicinske anordning efter rengøring, desinfektion og oliesmøring.

Oliesmøring



- > Smør den tørre medicinske anordning med olie straks efter rengøring og/eller desinfektion.
- > Ret den medicinske anordning nedad.

Anbefalede vedligeholdelsesrutiner


- > Absolut nødvendigt efter hver indvendig rengøring
 - > Altid inden sterilisering
- eller
- > Efter 30 minutters brug eller en gang om dagen
 - > Fastspændingssystem en gang om ugen

Med W&H Service Oil F1, MD-400

- > Følg instruktionerne på oliespraydåsen og emballagen.
- eller

Med W&H Assistina

- > Følg anvisningerne i Assistina-brugsanvisningen.



Oliesmøring af fastspændingssystemet

Med W&H Service Oil F1, MD-400

- > Sæt sprayadapteren REF 02036100 på oliespraydåsen.
- > Hold godt fast i den medicinske anordning.
- > Tryk sprayadapterens spids fast i fastspændingssystemet.
- > Spray i ca. 1 sekund.

eller

Med W&H Assistina TWIN/Assistina 301 plus

- > Følg anvisningerne i Assistina-brugsanvisningen.

Kontrol efter oliesmøring



- > Ret den medicinske anordning nedad.
- > Tag den medicinske anordning i drift, således at overskydende olie kan løbe ud.
- > Fjern overskydende olie.



Pak den medicinske anordning og tilbehøret ind i sterilvareforpakninger, der er i overensstemmelse med følgende krav:

- > Sterilvareforpakningens kvalitet skal være i overensstemmelse med de gældende standarder, og den skal være egnet til steriliseringsmetoden.
- > Sterilvareforpakningen skal være stor nok til den genstand, der skal steriliseres.
- > Den fyldte sterilvareforpakning må ikke være under tryk.



W&H anbefaler sterilisering i henhold til EN 13060, EN 285 eller ANSI/AAMI ST79.



- > Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af dampsterilisatorerne.
- > Det valgte program skal være egnet til den medicinske anordning.

Anbefalet steriliseringsmetode

- > Fraktioneret forvakuumpoces (type B)
- > Tyngdekraftfortrængningsproces (type N)
- > Steriliseringstid mindst 30 minutter ved 121 °C (250 °F) eller mindst 3 minutter ved 134 °C (273 °F)
- > Maksimal steriliseringstemperatur 135 °C (275 °F)



Den medicinske anordnings egnethed til effektiv sterilisering er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af dampsterilisatoren LISA 522* (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)) og tyngdekraftsterilisatoren Siroclav S3** (Sirona).

- > Fraktioneret forvakuumpoces (type B): Temperatur 134 °C (273 °F) – 3 minutter*
- > Tyngdekraftfortrængningsproces (type N): Temperatur 121 °C (250 °F) – 30 minutter**

* i henhold til EN 13060, EN 285, ISO 17665 / ** i henhold til ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79



- > Opbevar de sterile genstande støvfrit og tørt.
- > De sterile genstandes holdbarhed afhænger af opbevaringsbetingelserne og emballagen.

6. Service

Reparation og returforsendelse

I tilfælde af driftsfejl skal du straks henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.

Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner.



- > Sørg for, at den medicinske anordning har gennemgået hele oparbejdningsprocessen forud for returforsendelsen.

7. W&H-tilbehør og reservedele



Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele fra W&H eller tilbehør der er godkendt af W&H.
Leverandør: W&H Partner

000301xx	W&H Assistina 301 plus
19922000	W&H Assistina 3x2 (MB-200)
19923000	W&H Assistina 3x3 (MB-300)
30310000	W&H Assistina TWIN (MB-302)
02690400	Assistina-adapter til alle W&H produkter med Roto Quick-system
02693000	Assistina-adapter til fastspændingssystem
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 pcs)
02038200	Sprayadapter til hånd- og vinkelstykker
02036100	Sprayadapter til fastspændingssystem
01312500	Sprayadapter til <i>Multiflex</i> ^{®*} -tilslutning
02015101	Dyserensenål

8. Tekniske data

Synea Vision		TK-94 L / TK-94 LM	TK-97 L / TK-97 LM	TK-98L / TK-98 LM	TK-100 L / TK-100 LM
Kobling på slangesiden ifølge standard	EN ISO 9168:2009	W&H Roto Quick / Multiflex®*	W&H Roto Quick / Multiflex®*	W&H Roto Quick / Multiflex®*	W&H Roto Quick / Multiflex®*
Diameteren på instrumentets skaft	ISO 1797 (mm)	1,6 – 0,01	1,6 – 0,01	1,6 – 0,01	1,6 – 0,01
Maks. længde frigivet af W&H**	(mm)	16	21	25	25
Min. fastspændingslængde		Til anslag	Til anslag	Til anslag	Til anslag
Maks. arbejdsmediameter	(mm)	1,5	2	2	2,5
Omdrejningstal i tomgang (± 30.000)	(min ⁻¹)	410.000	400.000	360.000	330.000
Driftstryk Roto Quick-tilslutning (anbef. driftstryk)	(bar)	3 ± 0,3 (3)	3 ± 0,3 (3)	3 ± 0,3 (3)	3 ± 0,3 (3)
Driftstryk Multiflex®*-tilslutning (anbef. driftstryk)	(bar)	2,5 – 4 (3)	2,5 – 4 (3)	2,5 – 4 (3)	2,5 – 4 (3)
Returlufttryk	(bar)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Luftforbrug	(NI/min)	45	50	50	50
Indstillingsområde for vand (anbef. vandtryk)***	(bar)	0,7 – 2 (1,5)	0,7 – 2 (1,5)	0,7 – 2 (1,5)	0,7 – 2 (1,5)
Indstillingsområde chipluft (anbef. chiplufttryk)***	(bar)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)
Kølemiddelmængde	ISO 14457 (ml/min)	>50	>50	>50	>50
Chipluftmængde ved 2 bar	(NI/min)	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5
Forsyningsspænding Roto Quick-tilslutning, nominelt	(V AC eller V DC)	3,2/-	3,2/-	3,2/-	3,2/-
Spændingsinterval	V AC	2,2 – 4,2/-	2,2 – 4,2/-	2,2 – 4,2/-	2,2 – 4,2/-
Spændingsinterval	V DC	2,2 – 6/-	2,2 – 6/-	2,2 – 6/-	2,2 – 6/-
Strømforbrug Roto Quick-tilslutning	(A)	0,2/-	0,4/-	0,4/-	0,4/-

* se side 42

* *Multiflex® er et mærke, der tilhører en tredjepart, der ikke står i forbindelse med W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.*



** Ved anvendelse af længere roterende instrumenter skal brugeren sørge for korrekte driftsbetingelser, så der ikke opstår fare for brugeren, patienten eller tredjemand.

*** Chiplufttrykket/vandtrykket skal indstilles samtidigt.
Chiplufttrykket skal være højere end vandtrykket.

Ydelse og omdrejningstal afhænger af kvaliteten af de anvendte forsyningslanger og kan afvige fra de anførte værdier.

min^{-1} (omdrejninger i minuttet)

Temperaturoplysninger



Den medicinske anordnings temperatur på brugersiden:

maksimalt 55 °C (131 °F)

Den medicinske anordnings temperatur på patientsiden:

maksimalt 50 °C (122 °F)

Den arbejdende del (roterende instrument) temperatur:

maksimalt 41 °C (105,8 °F)

Omgivelsesbetingelser

Temperatur under opbevaring og transport:

-40 °C til +70 °C (-40 °F til +158 °F)

Luftfugtighed under opbevaring og transport:

8 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende

Temperatur under brug:

+10 °C til +35 °C (+50 °F til +95 °F)

Luftfugtighed under brug:

15 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende

9. Bortskaffelse



Sørg for, at delene ikke er kontaminerede, når de bortskaffes.



Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for bortskaffelse.

- > Medicinsk anordning
- > Gamle elektroapparater
- > Emballage

Garantibevis

Denne medicinske anordning er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode på 24 måneder.

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H.

Garantikrav skal rettes til leverandørerne eller en autoriseret W&H-servicepartner og købsnotaen skal vedlægges. I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

24 måneders garanti

Autoriseret W&H-servicepartner

Besøg W&H på internettet på <http://wh.com>

Under menupunktet "Service" finder du nærmeste autoriserede W&H-servicepartner.

Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du kontakte

W&H W&H NORDIC AB, Mandal Allé 8 B, DK-5500 Middelfart

t + 45 64 414142, f + 45 64 417799, E-Mail: info@whnordic.dk

Producent

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

**t +43 6274 6236-0,
office@wh.com**

**f +43 6274 6236-55
wh.com**

Form-Nr. 50745 ADK

Rev. 003 / 28.05.2019

Ret til ændringer forbeholdes